



OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Aparat USG”

Piaseczno, dnia 12.12.2013r.

<p>Zamawiający:</p>	<p>„Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno e-mail: info@cmp.med.pl tel. 22 737 50 50</p>
<p>Tytuł Projektu:</p>	<p>„Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania”.</p>
<p>Przedmiot zamówienia:</p>	<p><i>Aparat USG</i></p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest aparat ultrasonograficzny o parametrach równorzędnych lub lepszych, lecz nie gorszych niż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. generator złożonej fali, kontrolujący amplitudę generowanej fali 2. technologia podwójnego ogniskowania wiązki – zapewniająca najwyższą rozdzielczość kontrastową 3. obrazowanie szerokopasmowe harmoniczne 4. obrazowanie złożeniowe, dopplerowskie 5. tryb umożliwiający rekonstrukcję zapisu w dowolnym przekroju 6. tryb powiększenia bez utraty rozdzielczości czasowej i przestrzennej 7. obrazowanie trapezoidalne dla struktur wychodzących poza normalne pole widzenia głowicy liniowe 8. opcja równoległego wyświetlania obrazu z nałożonym przepływem obok obrazu czarno-białego – ważna w badaniach naczyniowych i kardiologicznych 9. jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma kątami, tzw. obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach 10. analogiczna optymalizacja korekcji kątowej 11. głowica do badań brzusznych i położniczo-ginekologicznych (4 pasma – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne): częstotliwość od 2,0 do 6,0 MHz, kąt 60 stopni, promień R 60 mm, 12. głowica do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych (4 pasma – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne, trapezoidalne, rombowne): częstotliwość od 4,0 do 13,0 MHz, długość głowicy 38 mm, 13. głowica do badań endowaginalnych położniczo-ginekologicznych, rektalnych (4 pasma- obrazowanie harmoniczne): częstotliwość od 3,0 do 9,0 MHz, kąt 180 stopni, promień R 9 mm. 14. współpraca z głowicami: do badania jamy brzusznej, do naczyń i narządów powierzchownych, do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej, do badań waginalnych i rektalnych, 15. współpraca z głowicami śródoperacyjnymi: do pomiarów szybkich przepływów w badaniach układu sercowonaczyniowego, 16. fabrycznie zdefiniowane programy obrazowania i aplikacje kliniczne, możliwość definiowania własnych programów wraz z



	<p><i>możliwością modyfikowania modułów pomiarowo-raportowych</i></p> <p>17. nagrywarka DVD-R/RW</p> <p>18. wejście USB do podłączenia pamięci typu PenDrive</p>
Kryterium oceny:	<p>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot i▪ Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. <p>Kryteria oceny ofert:</p> <p>CENA - Ocenie podlega cena całkowita brutto (100%)</p> <p>1. Cena - 100 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów▪ pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą formułą arytmetyczną: $(X \div Y) \times 100$ gdzie: X = najniższa cena brutto Y = cena brutto ocenianej oferty <p>Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.</p>
Miejsce składania ofert:	Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno
Forma złożenia ofert:	1. osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską lub 2. mailem na adres : info@cmp.med.pl
Termin złożenia ofert:	18.12.2013
Dodatkowe informacje	<p>Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ nazwę i adres oferenta,▪ opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,▪ cenę jednostkową PLN (cena brutto),▪ termin ważności oferty nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. <p>Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.</p> <p>Zastrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,▪ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,▪ Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub



wycofać swoją ofertę,

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 20.12.2013

CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA Sp. z o.o.

Paweł Walicki
Prezes Zarządu

(podpis Zamawiającego)

Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.

ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno
NIP: 123-09-55-789, REGON: 017495161
tel. 22 737 50 50, tel./fax: 22 737 50 24