

**OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
Holter EKG
Aktualizacja z dn. 21.11.2014 r.**

| | |
|------------------------------|--|
| Zamawiający: | „Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno e-mail: marzena.marciniak@cmp.med.pl tel. 509-455-911 |
| Tytuł Projektu: | „Wzrost konkurencyjności spółki Centrum Medyczne CMP poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”. |
| Przedmiot zamówienia: | <p>Holter EKG</p> <p><u>Dane techniczne o parametrach równorzędnych lub lepszych, lecz nie gorszych niż:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Niewielkie rozmiary oscylujące wokół -60mmx50mmx10mm - Częstotliwość próbkowania do 1024 próbek/sek bez kompresji. <p>Rozdzielczość 8, 10, 12 lub 16 bitów</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12-odprowadzeń/3-kanaly - Dwa tryby pracy przełączane przez zmianę kabla pacjenta - 10 przewodowy kabel pacjenta (I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) - 5 przewodowy kabel pacjenta (dowolne 3 odprowadzenia V1~V6) - 4 przewodowy kabel pacjenta (I,II,II, RL) - 3 przewodowy kabel pacjenta (I,II,III) - Zasilanie z baterii typu AAA 24H, 48H lub 7 dni z pełnym zapisem - Wymienna karta SD -Zapis 2GB powyżej 48 godzin 12 -kanałowego rzeczywistego EKG 1024 próbek/sek - Wyświetlacz LCD - Kanały 2,3 lub 8 kanałowy cyfrowy zapis - Rozdzielczość 8,10,12 lub 16 bitów próbkowanie - Zapis Pełny zapis, bez kompresji - Transfer danych Wbudowany port USB lub karta SD - Częstotliwość próbkowania 128 -1024 próbek/sek - Pasma przenoszenia 0.05Hz do 60 Hz (-3dB) - Weryfikacja sygnału EKG Na LCD przed badaniem i na żądanie - Czas zapisu 24, 48, 96godz. lub 7 dni - Typ Pamięć nieulotna, karta SD - Pojemność Do 2048MB (wymieniana) - Wodoodporna obudowa. |
| Kryterium oceny: | <p>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot i ▪ Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. <p>Kryteria oceny ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CENA - Ocenie podlega cena całkowita brutto (70%) ▪ GWARANCJA - Ocenie podlega okres gwarancji (30%) |




| | |
|--------------------------|--|
| | <p>1. Cena - 70 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 70 punktów ▪ pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą formułą arytmetyczną: $(X \div Y) \times 70$ gdzie: X = najniższa cena brutto Y = cena brutto ocenianej oferty <p>2. Gwarancja - 30 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji ponad minimalny okres równy 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 30 pkt. <p>Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.</p> |
| Miejsce składania ofert: | ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno |
| Forma złożenia ofert: | 1. osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską lub 2. mailem na adres : marzena.marciniak@cmp.med.pl |
| Termin złożenia ofert: | 26.11.2014 r. |
| Dodatkowe informacje | <p>Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nazwę i adres oferenta, ▪ opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, ▪ cenę jednostkową poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w Euro, ▪ termin ważności oferty nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. <p>Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.</p> <p>Zastrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ▪ System do opisu badań musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego tj. ECG LAB i Cardio Clinet. ▪ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, ▪ Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, ▪ W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ▪ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, ▪ Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia |

postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia: 26.11.2014

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 27.11.2014 r.


CENTRUM MEDYCZE PULAWYKA Sp. z o.o.
(podpis Zamawiającego)
Adam Kozłowski
Członek Zarządu