



OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT  
Zestaw do endoskopii

Piaseczno, dnia 25.08.2014 r.	
Zamawiający:	„Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno e-mail: <a href="mailto:marzena.marciniak@cmp.med.pl">marzena.marciniak@cmp.med.pl</a> tel. 509-455-911, 22 737 50 57
Tytuł Projektu:	„Rozszerzenie oferty usług medycznych i usprawnienie procesu usługowego w Centrum Medycznym Puławska poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania”.
Przedmiot zamówienia:	<p>1. Kolonoskop z technologią CCD (1 szt.) Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębia ostrości: od 3 do 100 mm,</li> <li>- kamera wbudowana w końcówkę,</li> <li>- maksymalny kąt pola widzenia: 140 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki w dół: 180 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki w górę: 180 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki w lewo: 160 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki w prawo: 160 stopni,</li> <li>- kierunek widzenia: 0 stopni,</li> <li>- długość całkowita: 1820 mm,</li> <li>- długość robocza: 1520 mm,</li> <li>- średnica kanału roboczego: 3.8 mm,</li> <li>- średnica zewnętrzna: 12.8 mm,</li> <li>- średnica zewnętrzna końcówki: 12.8 mm.</li> </ul> <p>2. Gastroskop z technologią CCD (1 szt.) Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera wbudowana w końcówkę endoskopu,</li> <li>- średnica zewnętrzna: 8,5 mm,</li> <li>- średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 8,5 mm,</li> <li>- średnica kanału roboczego: 2,8 mm,</li> <li>- długość robocza: 1100 mm,</li> <li>- głębia ostrości: 3 – 100 mm,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki endoskopu w górę: 210 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki endoskopu w dół: 90 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki endoskopu w prawo: 100 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt zagięcia końcówki endoskopu w lewo: 100 stopni,</li> <li>- maksymalny kąt pola widzenia: 140 stopni.</li> </ul> <p>3. Wózek (1 szt.) Skład i minimalne parametry techniczne:</p>

CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA Sp. z o.o.  
*P. Węł Walicki*  
Prez. Zarządu



	<p>- półka pod monitor, -wieszak na endoskop i akcesoria - podstawa jezdna</p> <p>4. Myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna (1 szt.)</p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- płyn dezynfekcyjny pracuje w obiegu zamkniętym,</li><li>- zasilanie myjni wodą bieżącą z instalacji sanitarnej,</li><li>- system dezynfekcji za pomocą lampy UV,</li><li>- termiczny system dezynfekcji,</li><li>- system samodezynfekcji,</li><li>- system mycia alkoholem,</li><li>- kontrola ciśnienia i powietrza (test szczelności),</li><li>- wodoszczelność (test szczelności).</li></ul> <p>5. Procesor obrazu HD (1 szt.)</p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w pełni cyfrowy,</li><li>- łatwe użycie obrazu wysokiej rozdzielczości HD,</li><li>- optymalne oświetlenie pola operacyjnego,</li><li>- wejścia sygnału RGB, DVI, Y/C, BNC,</li><li>- filtr do identyfikacji krwawień BLV,</li><li>- funkcja obraz w obrazie,</li><li>- zoom elektroniczny,</li><li>- źródło światła: xenon o mocy 150 W,</li><li>- cyfrowe wyjście (DVI) przekazuje obraz w jakości HD zachowując naturalne kolory, wraz z zachowaniem dokładnego kształtu przekazywanego obrazu,</li><li>- dwa porty umożliwiające podpięcie dwóch serii endoskopów i aparatów.</li></ul>
Kryterium oceny:	<p>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot i</li><li>▪ Złożenie oferty kompleksowej na wszystkie elementy składowe oraz</li><li>▪ Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.</li></ul> <p>Kryteria oceny ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CENA - Ocenie podlega cena całkowita brutto (80%)</li><li>▪ GWARANCJA – Ocenie podlega okres gwarancji (20%)</li></ul> <p>1. Cena - 80 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 80 punktów</li><li>▪ pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą</li></ul>



	<p>formułą arytmetyczną: <math>(X+Y) \times 80</math> gdzie: X = najniższa cena brutto Y = cena brutto ocenianej oferty</p> <p>2. Gwarancja - 20 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji ponad minimalny okres równy 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 20 pkt.</li></ul> <p>Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.</p>
Miejsce składania ofert:	ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno
Forma złożenia ofert:	1. osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską lub 2. mailem na adres : marzena.marciniak@cmp.med.pl
Termin złożenia ofert:	5.09.2014 r.
Dodatkowe informacje	<p>Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>nazwę i adres oferenta,</li><li>opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,</li><li>cenę jednostkową poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w Euro,</li><li>termin ważności oferty nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.</li></ul> <p>Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.</p> <p><b>Zastrzeżenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,</li><li>Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,</li><li>Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,</li><li>W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,</li><li>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,</li><li>Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.</li></ul> <p>Termin realizacji zamówienia: 10.09.2014 r.</p>




PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



	<p>Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 8.09.2014 r.</p>
<p style="text-align: right;"><b>CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA Sp. z o.o.</b>  Dyrektor ( podpis Zamawiającego)</p>	