



OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT  
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Piaseczno, dnia 9.09.2014 r.

Zamawiający:	„Centrum Medyczne Puławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno e-mail: <a href="mailto:marzena.marciniak@cmp.med.pl">marzena.marciniak@cmp.med.pl</a> tel. 509-455-911
Tytuł Projektu:	„Wzrost konkurencyjności Spółki Centrum Medyczne CMP poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”.
Przedmiot zamówienia:	<p>1. Autoklaw ze zgrzewarką</p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- napięcie robocze ok. 220/240 V,</li><li>- częstotliwość robocza ok. 50/60 Hz,</li><li>- moc nominalna ok. 2300 W,</li><li>- autonomia od 6 do 10 cykli</li><li>- pojemność 17l</li><li>- graficzny panel sterowania z menu w języku polskim</li><li>- zgrzewarka ręczna z elektroniczną kontrolą temperatury zgrzewu</li></ul> <p>2. Elektrokoagulator</p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <p>Wyposażenie – końcówki do elektrody:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kulka do koagulacji,</li><li>- ok. 45 ° prosty nóż,</li><li>- ok. 45 ° nóż o kształcie zwężającym się</li><li>- prosta okrągła pętla,</li><li>- ok. 45 ° długa pętla,</li><li>- długa prosta pętla,</li><li>- ok. 45 ° pętla diamentowa</li></ul> <p>3. Unit stomatologiczny 2 szt.</p> <p>Skład i minimalne parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotel pacjenta o udźwigu max 190 kg,</li><li>- panel sterowania z 3 polowym cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy (dla mikrosilnika, turbiny i skalera)</li><li>- 3-drożna dmuchawko-strzykawka,</li><li>- bezszczotkowy mikromotor o mocy ok. 3 N/cm ze światłem LED,</li><li>- moduł turbinowy ze światłem,</li><li>- moduł skalera piezoelektrycznego ze światłem,</li><li>- mechaniczny hamulec stolika lekarza</li><li>- lampa pola pracy halogenowa o mocy 35 000 LUX</li><li>- 2 kompresory z osuszaczem powietrza i zbiornikiem 10l</li></ul>



- 1 pompa ssąca (1 stanowiskowa o wydajności min. 300l)

#### 4. Piaskarka

Skład i minimalne parametry techniczne:

- największa komora na piasek – można wsypać ok. 23 g piasku,
- wymagane ciśnienie powietrza 2,8 ÷ 4,5 bar,
- wymagane ciśnienie wody: 0,4 ÷ 0,7 bar, przy przepływie 50÷80 ml/mi

#### 5. Dodatkowy zestaw końcówek stomatologicznych

Skład i minimalne parametry techniczne:

- turbina
- szybkozłączka
- kątnica

#### 6. Myjka ultradźwiękowa

Skład i minimalne parametry techniczne:

- pojemność 2,5 – 3l
- moc ultradźwiękowa (max/okres) ok. 2 x 160 W,
- częstotliwość ok. 40 kHz,
- moc układu grzania ok. 150 W,
- regulator temperatury 30-80°,
- układ czasowy 1-30 min.
- całość urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

#### 7. Sprzęt do plombowania na gorąco

Skład i minimalne parametry techniczne:

- 1 urządzenie 2 w 1 (kondensator+aplikator),
- pluggery: mały, średni, duży,
- końcówka do badania żywotności miazgi
- 1 uszczelniacz do kanału korzeniowego,

#### 8. Urządzenie do czyszczenia końcówek - 2 szt

Skład i minimalne parametry techniczne:

- zużycie powietrza: około 60 l/min.,
- ciśnienie robocze: 4 - 10 bar ciśnienia przepływu,
- poziom hałasu: ok. 63 dB
- urządzenie w pełni pneumatyczne

#### 9. Kończówka do profilaktyki 2 szt.

Skład i minimalne parametry techniczne:

- przełożenie 4:1,



	<ul style="list-style-type: none"><li>- gwint 1-72,</li><li>- maksymalna prędkość 10 000 obr./min.</li></ul>
Kryterium oceny:	<p>Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot i</li><li>▪ Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.</li></ul> <p>Kryteria oceny ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CENA - Ocenie podlega cena całkowita brutto (70%)</li><li>▪ GWARANCJA – Ocenie podlega okres gwarancji (30%)</li></ul> <p>1. Cena - 70 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 70 punktów</li><li>▪ pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą formułą arytmetyczną: <math>(X \div Y) \times 70</math> gdzie: X = najniższa cena brutto Y = cena brutto ocenianej oferty</li></ul> <p>2. Gwarancja - 30 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji ponad minimalny okres równy 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 30 pkt.</li></ul> <p>Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.</p>
Miejsce składania ofert:	ul. Puławska 49 05-500 Piaseczno
Forma złożenia ofert:	1. osobiście lub listownie lub przesyłką kurierską lub 2. mailem na adres : <a href="mailto:marzena.marciniak@cmp.med.pl">marzena.marciniak@cmp.med.pl</a>
Termin złożenia ofert:	15.09.2014 r.
Dodatkowe informacje	<p>Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ nazwę i adres oferenta,</li><li>▪ opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,</li><li>▪ cenę jednostkową poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w Euro,</li><li>▪ termin ważności oferty nie krótszy niż termin realizacji</li></ul>



zamówienia.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

**Zastrzeżenia**

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia: 22.09.2014

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 16.09.2014

CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O.

*Paweł Walicki*  
Prezes Zarządu  
(podpis Zamawiającego)